



- Die Blutdruckmessung kann durch die Körperhaltung des Nutzers, seine Physiologie und andere Faktoren beeinträchtigt werden. Um die grösstmögliche Verlässlichkeit zu erzielen, warten Sie nach dem Sport, Baden, Essen, dem Konsum alkoholischer oder koffeinhaltiger Getränke, sowie dem Rauchen eine Stunde, bevor Sie mit der Messung beginnen.
- Vor der Messung sollten Sie sich mindestens fünf Minuten ruhig hinsetzen, da Messungen in entspanntem Zustand genauer sind. Sie sollten nicht körperlich ermüdet oder erschöpft sein, wenn Sie eine Messung durchführen.

- | | |
|--------------------------------|---|
| Stromversorgung | Zwei Batterien 3V AAA |
| Messmethode | Oszillo metrisch |
| Messbereich | Druck: 30-260 mmHg; Puls: 40–199 Schläge/Minute |
| Messgenauigkeit | Druck: ±3 mmHg; Puls: Messabweichung ± 5 % |
| Druckfühler | Halbleiter |
| Aufpumpen | Antrieb durch Pumpe |
| Entlastung | Automatisches Druckentlastungsventil |
| Speicherkapazität | 60 Speicherplätze je Bereich x 2 Bereiche |
| Auto-Abschalt-funktion | 1 Minute nach dem letzten Tasterdruck |
| Einsatzumgebung | 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F); 40–85 % RH; 700–1060 hPa |
| Aufbewahrungs-lagerbedingungen | 10 °C–60 °C (14 °F–140 °F); 10–90 % RH; 700–1060 hPa |
| Abmessungen | 67(L) x 75(B) x 30(H) mm |
| Gewicht | 81 g (ohne Batterien) |
| Handgelenkumfang | 13,5–22 cm(5,3–8,7") |
| Benutzergruppe | Erwachsene Anwender |
| ⓘ | Typ BF; Gerät und Manschette sollen einen besonderen konstruktiven Schutz gegen elektrische Schläge gewährleisten |
| IP Klassifizierung | IP22: Schutz gegen schädliches Eindringen von Wasser und Staub |
| ⓘ | Bei technischen Daten sind Änderungen jederzeit vorbehalten. |